PRÜFERGEBNISSE

über die monatlich geforderte Konstanzprüfung von zahnärztlichen Röntgeneinrichtungen laut ÖNORM 5240 Teil 5

Röntgengerät _____ . _____ **in Verbindung mit** _____

Röntgeneinrichtung:

Name / Bezeichnung und Standort in der Praxis _____ . _____

Seriennummer Steuereinheit / Gerät _____ . _____

Seriennummer Panorama/Ceph-Sensor (Bildempfänger) _____ . . _____

Seriennummer TSA-Sensor (Bildempfänger) _____

Seriennummer Röntgenstrahler _____ . _____

Seriennummer Röntgenröhre _____ . _____

Seriennummer Bedienelement _____ - _____

Seriennummer Tubus / Blende _____ - _____

Seriennummer Prüfkörper _____ - - _____

Pano: Spannung : 00 kV Röhrenstrom : 0,00 mA

Ceph: Spannung : 00 kV Röhrenstrom : 0,00 mA Zeit : 0,000 s

Jahr:.....Datum:	**1**			**2**			**3**			**4**			**5**			**6**			**7**			**8**			**9**			**10**			**11**			**12**		
..... Prüfart*:	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**
Graustufen																																				
LP/mm [≥2,5]																																				
Kontrastb. [PAN ≥2]																																				
Kontrastb. [CEPH ≥1]																																				
Nutzstrahlenfeld																																				
Türkontaktschalter																																				
Kurzzeichen																																				

Jahr:.....Datum:	**1**			**2**			**3**			**4**			**5**			**6**			**7**			**8**			**9**			**10**			**11**			**12**		
..... Prüfart*:	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**
Graustufen																																				
LP/mm [≥2,5]																																				
Kontrastb. [PAN ≥2]																																				
Kontrastb. [CEPH ≥1]																																				
Nutzstrahlenfeld																																				
Türkontaktschalter																																				
Kurzzeichen																																				

Jahr:.....Datum:	**1**			**2**			**3**			**4**			**5**			**6**			**7**			**8**			**9**			**10**			**11**			**12**		
..... Prüfart*:	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**
Graustufen																																				
LP/mm [≥2,5]																																				
Kontrastb. [PAN ≥2]																																				
Kontrastb. [CEPH ≥1]																																				
Nutzstrahlenfeld																																				
Türkontaktschalter																																				
Kurzzeichen																																				

Jahr:.....Datum:	**1**			**2**			**3**			**4**			**5**			**6**			**7**			**8**			**9**			**10**			**11**			**12**		
..... Prüfart*:	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**	**P**	**C**	**T**
Graustufen																																				
LP/mm [≥2,5]																																				
Kontrastb. [PAN ≥2]																																				
Kontrastb. [CEPH ≥1]																																				
Nutzstrahlenfeld																																				
Türkontaktschalter																																				
Kurzzeichen																																				

Bei weiterem Bedarf bitte von unausgefülltem Formular Kopien anfertigen

Türkontaktschalter Prüfen: **OK** bei geöffneterTür kann keine Aufnahme ausgelöst werden (**NZ** wenn nicht zutreffend)

*= Jeweilige Konstanzprüfungsart:
P für **P**anoramaröntgen
C für Fernaufnahmen (**C**eph), falls vorhanden
T für transversale Schichtaufnahmen (**T**SA), falls vorhanden

Kennzeichnung der Ergebnisse:
= Keine Veränderung **+** Tendenz zu höherer Dichte
- Tendenz zu geringerer Dichte **x** außerhalb der Toleranz